# Actimove® Genu Tri-Panel

## Attelle rigide de genou à trois panneaux

### *DESCRIPTION :*

Attelle rigide de genou composée de trois panneaux.

La partie principale est constituée d'une mousse pré-découpée qui s'enroule autour du genou, le long de la cuisse et de la jambe et comporte une baleine postérieure en aluminium.

Deux panneaux latéraux comportant les attaches Velcro destinées à fermer l'attelle se positionnent sur cette mousse.

Ces deux panneaux comportent également des baleines en aluminium dont la fonction est d'assurer la stabilité et de prévenir la flexion du genou.
Elles peuvent être retirées et modelées manuellement pour mieux s'adapter à la morphologie de la jambe et de la cuisse du patient.

### *CARACTERISTIQUES:*

- 3 baleines amovibles et réglables assurant un meilleur confort,
- Attelle lavable pour une meilleure hygiène,
- Système d'ouverture et de fermeture adaptable, sûr, facile à positionner et à enlever

- Ne contient pas de latex naturel
- Ne contient pas de phthalate

# Actimove® Genu Tri-Panel

## Attelle rigide de genou à trois panneaux

### *INDICATIONS:*

Immobilisation post-traumatique et/ou post-opératoire du genou en extension complète.

### *MODE D'EMPLOI:*

Application :
Ouvrir l'attelle. Placer et refermer les deux panneaux avec la fermeture Velcro sur la partie centrale en mousse afin de couvrir totalement la circonférence de la jambe (un mètre à ruban peut être utile pour travailler avec plus de précision).
Placer la mousse autour de la jambe, l'extrémité la plus large de l'attelle orientée vers le haut du corps.
Mouler les baleinages latéraux et postérieurs afin qu'ils épousent parfaitement la jambe.
Centrer sur le genou l'ouverture aménagée pour la rotule.
Fermer l'attelle à l'aide des sangles placées à l'avant de la jambe. Commencer par la sangle supérieure, poursuivre avec la sangle inférieure pour terminer enfin par la sangle du milieu.

### *PARTICULARITES D' UTILISATION:*

Toujours suivre les conseils du médecin traitant.
En cas de gonflement anormal, de décoloration anormale de la peau ou de gêne inhabituelle, nous recommandons d'interrompre l'utilisation de l'attelle et de consulter un médecin.

### *PRECAUTIONS D' EMPLOI:*

Cette attelle doit être ajustée la première fois par un membre du personnel soignant habitué à traiter les affections pour lesquelles elle est prescrite.
Veiller à ne pas trop serrer l'attelle pour ne pas entraver la circulation. Après l'application de cette attelle, nous recommandons un examen de la circulation.
La tension exercée sur les sangles de l'attelle doit être légèrement relâchée pendant les moments de repos ou pendant la nuit afin de ne pas entraîner de compression circulatoire ou nerveuse.
Veiller à ce que les plaies recouvertes par l'attelle soient protégées par un pansement approprié.

### *ENTRETIEN :*

Retirer les baleinages de leurs poches. Fermer les attaches et laver à la main, à l'eau tiède à l'aide d'un savon doux, ou en machine à 40°C (cycle délicat). Rincer abondamment. Ne pas essorer. Laisser sécher à température ambiante. S'assurer que la mousse soit parfaitement sèche avant d'utiliser l'attelle à nouveau.

### *CONTRE-INDICATIONS:*

-

### *CONDITIONNEMENT:*

Présentation unitaire avec notice d'utilisation

Sachet plastique unitaire
Les dimensions ci-dessous correspondent au tour de cuisse :

*A. Présentation pharmacie avec vignette LPPR*

| *EAN13* | *ACL7* | Référence (*) | *Dimensions* | *Unité de cde* | *Carton stand.* | *Code LPPR* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4042809015737 | *7843575* | 72819-09014-00 | <64cm - S - Haut 50 cm | 1 | 16 | 2124338 |
| 4042809015768 | *7843581* | 72819-09015-00 | >64cm - L - Haut. 50 cm | 1 | 16 | 2124338 |
| 4042809015799 | *7843598* | 72819-09016-00 | <64cm - S - Haut 60 cm | 1 | 16 | 2124338 |
| 4042809015829 | *7843606* | 72819-09017-00 | >64cm - L - Haut 60 cm | 1 | 16 | 2124338 |

*B. Présentation hôpital sans vignette LPPR*

| *EAN13* | *ACL7* | Référence (*) | *Dimensions* | *Unité de cde* | *Carton stand.* | *Code LPPR* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4042809015737 | | 72819-00014-00 | <64cm - S - Haut 50 cm | 1 | 16 | |
| 4042809015768 | | 72819-00015-00 | >64cm - L - Haut. 50 cm | 1 | 16 | |
| 4042809015799 | | 72819-00016-00 | <64cm - S - Haut 60 cm | 1 | 16 | |
| 4042809015829 | | 72819-00017-00 | >64cm - L - Haut 60 cm | 1 | 16 | |

*(*) les 2 derniers chiffres sont mentionnés à titre indicatif (internes à BSN medical)*

## *STERILISATION:*

Vendu non stérile

BSN medical SAS
57, boulevard Demorieux
F - 72058 LE MANS Cedex 2
Tél.: 02 43 83 40 40
Fax: 02 43 83 40 41

**CONTACT PHARMACIE :**

**N° Vert : 0 800 302 282**

- **Système de Management certifié**
- **EN ISO 9001**
- **EN ISO 13485**